

---

**Auftraggeber**

Alfred-Wegener-Institut  
c/o Regionalflughafen Bremerhaven  
Hangar 5 - Manuel Sellmann  
Am Luneort 15  
27572 Bremerhaven  
Germany

**Rechnungsadresse (wenn nicht**

**Auftraggeber)**

Alfred-Wegener-Institut  
Helmholtz-Zentrum für Polar- und  
Meeresforschung  
Stiftung Öffentlichen Rechts  
Am Handelshafen 12  
27570 Bremerhaven  
Germany

---

Service Order	Beschreibung	Seriennummer	Menge
338286	HMT330 Humidity and Temperature Transmitter  --REASON FOR RETURN-- Repair and accredited calibration.  --PROBLEM(S) FOUND -- Humidity readings before adjustment out of tolerance.  --ACTION(S) TAKEN-- Humidity sensor replaced, operation tested, adjustments made and unit calibrated. Accredited calibration certificate number K008-Y02500 (before repair) and K008-Y02591 (after repair) issued.	-  A4650017	  1