

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1

Seite
Page 1 / 2

Kunde:
Customer: **Swagelok AG**
St. Gallerstrasse 84
8853 Lachen
Schweiz

Zeugnis-Nr.
Certificate No. **00676737**

Datum
Date **28.04.2011**

Kundenbestellnummer
Customer Order No. **W66714**

Kunden Artikel-Nr.
Customer Part. No.

Bestelldatum
Order Date **20.04.2011**

Auftrags-Nr. / Pos.
Order No. / Item **20461566/1**

Artikel-Nr.
Part No. **1597.01**

Typ
Type **232.50**

Seriennummer
Serial number **1101XXWF**

Anzeigebereich
Scale range **-1,00 ... 1,50 bar rel.**

Klasse
Class **1,60%**

Messstellen-Nr.
Tag No.

Referenzgerät
Reference
CPG8000 0,01 % -1,0 ... 21,0 bar rel.

Kalibriernummer
Calibration No.
A22129 DKD 10-11

Ergebnis
Result

Temperatur
Temperature **20°C +/- 5 K**

Prüfung Test Item bar	Referenz Standard bar	Mittelwert Meanvalue bar	Abweichung Deviation bar	Abweichung Deviation %	Hysteresis Hysteresis %
-0,900	-0,904	-0,909	-0,907	0,007	0,27
-0,500	-0,489	-0,487	-0,493	-0,007	-0,27
0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
0,500	0,514	0,513	0,514	-0,014	-0,54
1,000	1,015	1,014	1,014	-0,014	-0,57
1,500	1,496	1,496	1,496	0,004	0,17

